



Cezetel Olsztyn

Cezetel Olsztyn
Sp. z o.o. Sp.k.ul. Piłsudskiego 54
10-450 Olsztyn
NIP: 739 337 89 33biuro@cezetel.pl
tel. 89 537 07 90
fax 89 537 07 93

www.cezetel.pl

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
im. św. JANA PAWŁA II w BRZESKU
W PŁYŃĘŁO / WYŚLANO

06. 02. 2023

L.dz.
Ilość zał. Podpis

Olsztyn, 06.02.2023r.

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Im. św. Jana Pawła II w Brzesku
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 33

Dotyczy Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku.
Znak sprawy: 1/ZC/2023

Pytanie:

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach:

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. Dren ustabilizowany foliową opaską.

Z poważaniem

Specjalista
ds. zamówień publicznych*Ilona Piątkowska*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3 DO: DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU.

Dotyczy: zapytania cenowego o numerze **1/ZC/2023**

Pytanie:

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach:

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączony dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. Dren ustabilizowany foliową opaską.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o poniższych parametrach:

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączony dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim. Dren ustabilizowany foliową opaską.

PRZEŁOŻONA / PIELĘGNIAREK
PP ZO w Brzesku

mgr Dorota Janusz
specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
3801790P