

Zabrze, dnia 6 lutego 2023r.

**Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
im. Św. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 33
32-800 Brzesko**

Dotyczy: dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego w Brzesku, zapytanie cenowe nr 1/ZC/2023

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na następujące pytania:

Dotyczy zapisu zapytania cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym?

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę cewników do odsysania, pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę cewników do podawania tlenu przez nos, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawk cewnikowych, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę?

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?


Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

Pakiet 1 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



Pakiet 1 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zgłębników żołądkowych, pakowanych a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pakiet 1 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L?

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem,
Katarzyna Malinowska

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5 DO: DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU.

Dotyczy: zapytania cenowego o numerze 1/ZC/2023

Dotyczy zapisu zapytania cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym.

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę cewników do odsysania, pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę cewników do odsysania, pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę cewników do podawania tlenu przez nos, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę cewników do podawania tlenu przez nos, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek cewnikowych, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek cewnikowych, pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę.

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę.

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrozoną powierzchnią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrozoną powierzchnią.

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia.

Pakiet 1 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poniższy zestaw:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm

- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

Pakiet 1 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zgłębników żołądkowych, pakowanych a' 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zgłębników żołądkowych, pakowanych a' 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 1 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice foliowe w rozmiarze M i L.

PRZEŁOŻONA PIEŁĘGNIAREK
PP ZOL w Brzesku

mgr Dorota Janusz
specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
380 1790P