




CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A z siedziba 50-543 Wrocław, ulica Widna 4, ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Balicka 117, 30-149 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049769. NIP: 899-010-72-08. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynoszą 1 771 201,00 zł.

Kraków, 2023-02-06



Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy im. św. Jana Pawła II w Brzesku

ul. Kościuszki 33

32-800 Brzesko

Dotyczy: Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (nr sprawy 1/ZC/2023)

Pytanie nr 1

Dotyczy Pozycji nr 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pozycji nr 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych pakowanych po 100 szt. Wskazana przez Zamawiającego w opisie nazwa własna strzykawki wskazuje na konkretnego dostawcę, co uniemożliwia udział innym wykonawcom.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pozycji nr 5, 6, 7, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej posiadającej kontrastujący tłok oraz czarną, czytelną, rozszerzoną o min. 20% skalę. Na korpusie strzykawki umieszczone jest logo producenta oraz nazwa własna strzykawki.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pozycji nr 12

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych z nebulizatorem 6 ml, rozbijającym cząstki leku do aerozolu i drenem o długości 200 cm - 210 cm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pozycji nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieliszków j.u. do leków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (tj. 225 op.)

Pytanie nr 6

Dotyczy Pozycji nr 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów foliowych, które nie są pakowane indywidualnie.

Z poważaniem

Marzena Kwinta

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6 DO: DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU.

Dotyczy: zapytania cenowego o numerze 1/ZC/2023

Pytanie nr 1

Dotyczy Pozycji nr 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i nie wymaga numerycznego oznaczenia na cewnikach.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pozycji nr 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych pakowanych po 100 szt. Wskazana przez Zamawiającego w opisie nazwa własna strzykawki wskazuje na konkretnego dostawcę, co uniemożliwia udział innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, dopuszcza strzykawki dwuczęściowe pakowane po 100 szt. Doszło do pomyłki pisarskiej, wyróżniając nazwę własną.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pozycji nr 5, 6, 7, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej posiadającej kontrastujący tłok oraz czarną, czytelną, rozszerzoną o min. 20% skalę. Na korpusie strzykawki umieszczone jest logo producenta oraz nazwa własna strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki dwuczęściowej posiadającej kontrastujący tłok.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pozycji nr 12

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych z nebulizatorem 6 ml, rozbijającym cząstki leku do aerozolu i drenem o długości 200 cm - 210 cm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę tlenową dla dorosłych z nebulizatorem 6 ml, rozbijającym cząstki leku do aerozolu i drenem o długości 200 cm - 210 cm.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pozycji nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieliszków j.u. do leków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (tj. 225 op.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieliszki j.u. do leków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (tj. 225 op.)

Pytanie nr 6

Dotyczy Pozycji nr 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów foliowych, które nie są pakowane indywidualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy foliowe, które nie są pakowane indywidualnie.

PRZELICZENIA PIELEGNIAREK
PP ZOZ w Brzesku
mgr Dorota Jamsz
specjalista w dziedzinie
3801790P
specjalista w dziedzinie
3801790P